



2015070066Z

长春市计量检定测试技术研究院

Changchun Institute of Metrology

检 测 报 告

Test Report

报告编号: YL6619009
Report No.

委托单位: 吉林省肿瘤医院
Entrust Unit

检测类别: 委托检测
Test Type

仪器名称: 生物安全柜
Name of Instrument

型号/规格: II级A2型
Model/Type

器具编号: J18102407
No. of Instrument

制造单位: 苏净集团苏州安泰空气技术有限公司
Manufacture

(检测专用章)
Stamp

检测员: 邵旭

Tested by

核验员: 耿淑秋

Checked by

批准人: 邵旭

Approved by

检测日期: 2019 年 03 月 05 日
Date of Test Year Month Day

地址: 吉林省长春市硅谷大街928号
邮编: 130012
E-mail: cc_jly@163.com

电话: (0431) 86936700
传真: (0431) 86936698



报告编号:YL6619009

Report No.

1. 检测所依据的技术文件:

Based on the type of documents

YY0569-2011 II级生物安全柜

2. 检测所使用的主要计量标准器具:

Standards of Measurement used in the Test

名称及 本院编号 Name and No.	测量范围 Measuring range	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy/ Maximum Permissible Error	检定/校准单位 及证书号 Verification or calibration Organization/Certificate No.	有效期至 Valid until	
生物安全柜 质量检测仪	多参数部分·风速 11-602	(0~2) m/s	$U=8.1 \times 10^{-2} \text{m/s}$ $k=2$	江苏省计量科学研究院 H2018-0102268	2019-11-09
	多参数部分·照度 11-602	(90~1000) lx	$U_{\text{rel}}=1.6\%$ $k=2$	江苏省计量科学研究院 L2018-0102263	2019-10-31
	多参数部分·温度 11-602	(20~50) °C	$U=0.1^{\circ}\text{C}$ $k=2$	江苏省计量科学研究院 H2018-0102267	2019-11-09
声级计 11-603	(25~140)dB	1级	江苏省计量科学研究院 E2018-0101399	2019-11-04	
紫外辐照计 11-504	$(0.1 \sim 199.9 \times 10^3) \mu\text{W}/\text{cm}^2$	$U_{\text{rel}}=13\%$ $k=2$	吉林省计量科学研究院 644021800	2019-12-18	
振动分析测试仪 11-604	(0~1) mm	$U_{\text{rel}}=1.1\%$ $k=2$	江苏省计量科学研究院 E2018-0102266	2019-11-16	

3. 检测地点: 药理机构内一科

Location for Test

4. 环境条件:

Environmental condition

温度: 25.6°C

Temperature

其它: /

others

相对湿度: 28.0%

Relative humidity

说明: ①检测报告无“检测专用章”无效。②本报告部分复制无效。

③本报告无检测员、核验员、批准人签字无效。④本报告涂改无效。⑤“/”代表未检项或此项空白

定测试技术
缝专用



检 测 结 果

Results of Test

检测项目	检测结果
人员保护 (碘化钾法)	/
噪声 dB (A)	66.3
下降气流流速 (m/s)	0.412
流入气流流速 (m/s)	0.651
照度 (lx)	578
温升 (°C)	0.1
振动 (μm)	5.8
紫外辐射强度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	112

注: 检测方式为现场检测。

以下空白
Blank

